技术资料

Fluke 9102S 可携式乾式爐

主要特性

- 温度量程为 -10°C 至 375°C。
- 0°C 时的准确度达 ± 0.25 °C，稳定度达 ± 0.05 °C。
- 配备 RS-232 接口，用于连接。

产品概述: Fluke 9102S 可携式乾式爐

9102S 干式炉

对于在 – 10 °C 到 122 °C 温度范围内的操作，我们的 9102S 干式炉也是业内翘楚，其特点是稳定性可达 ± 0.05 °C。

此干式炉仅有 4 英寸高，6 英寸宽，温度达到 – 10 °C，包括可溯源至 NIST 的校准证书，且稳定性可达 ± 0.05 °C。对于需要在低于环境温度的条件下执行校准工作的量规表、数字温度计、球状开关及其他传感器而言，9102S 是一项绝佳选择。

9102S 具有两个井孔，因而可将其中一个用于插入参考温度计，以提高准确度。两个井孔直径均为 1/2 英寸，每一个都有几乎可供任何尺寸的传感器使用的插块。

产品规格: Fluke 9102S 可携式乾式爐

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/过程校准及检测工具/温度校验仪/fcal-9102

型号

9102S-156

HDRC 手持式干井

9102S

HDRC 手持式干井

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/过程校准及检测工具/温度校验仪/fcal-9102

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点 电话：0755-86337229

©2025 福禄克公司
07/2025

未经许可，本文档禁止修改

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/过程校准及检测工具/温度校验仪/fcal-9102